



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 1

Licitação: 000193/21 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.003.685	AQUECEDOR ELÉTRICO Voltagem: 220V; Potência em Watts: 2000 watts; Cor: Branco.	UN	4
2	006.003.684	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR Tampo e fundo em chapa de aço carbono; Laterais, 4 prateleiras e portas de vidro cristal de 3,0 mm; Fechadura com chave tipo Yale, pés com ponteiros plásticos; Acabamento: pintado com Esmalte Sintético Branco; Dimensões: 0,60 x 0,40 x 1,60m.	UN	2
3	001.032.320	AUTOCLAVE Potência: 1600Watts; Frequência: 50/60 Hz; Voltagem: bivolt; Câmara: aço inox; Capacidade: 21 L; Desaeração e despressurização automática.	UN	2
4	005.003.953	FOTOPOLIMERIZADOR Modos de operação de timer digital; Potência de 1500Mw/cm2; Bateria de Li-on recarregável; Sem fio; Bivolt; Radiometro.	UN	2
5	008.002.042	MESA AUXILIAR CIRÚRGICA Medidas: 40x60x80; Material: aço inox; 4 rodízios; Tampo e prateleira em chapa 40 x 56,5 cm; Estrutura em tubos redondos.	UN	4
6	006.034.015	SELADORA Selagem com 30cm por 12mm; Acionamento através de chave liga/desliga; Aquecimento uniforme em toda a área de selagem; Voltagem: Bivolt automático; Frequência: 50Hz / 60Hz; Potência: 40w; Área de selagem: 30cm x 15mm.	UN	2
7	006.034.016	ULTRASSOM Voltagem: 220V; Potência do Ultrassom(w) 10; Frequência do Ultrassom(KHz) 29-32; Pressão de entrada de água (PSI) 15-72; Pressão de entrada de ar(PSI) 70-80; Chave seletora ultrassom ou jato de bicarbonato; Ajuste do nível de potência ultrassônica; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Pedal para acionamento; Caneta de ultrassom com jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; Caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autoclavável; Quantidade de ponteiros acompanhando: 3 (três).	UN	4