

## **ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 600 horas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos das unidades de saúde do município, com fornecimento de peças.

### **2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

2.1 - Os serviços abrangerão a retirada dos aparelhos, quando for necessário, a reparação das quebras e defeitos, aparentes ou não, sejam de caráter mecânico e/ou eletroeletrônico, recolocação dos aparelhos em seu perfeito estado de uso, inclusive com a substituição de eventuais peças defeituosas, testes e entrega, sem nenhum custo adicional para o Município. Ao final de cada mês, deverá a empresa enviar o Relatório de Inspeção do equipamento;

2.2 - A manutenção preventiva abrangerá os serviços de limpeza, ajuste, lubrificação, inspeção, efetuação de testes específicos, regulagem, reparos e fornecimento de peças de reposição, assim como todo o material necessário à execução dos serviços, a fim de estender a vida útil dos equipamentos e garantir o seu perfeito funcionamento, devendo ser realizada mensalmente;

2.3 - A manutenção corretiva, a ser feita quando houver solicitação da administração pública, abará a substituição de peças, a ser feita por conta da Contratada, devendo ser aprovada previamente pela fiscalização do contrato, mediante apresentação de orçamento e de justificativa técnica;

2.4 - As peças que vierem a ser utilizadas na execução do serviço deverão ser originais e novas, apenas sendo possível a utilização de peças recondicionadas na hipótese de não estarem as originais disponíveis no mercado, sendo, neste caso, necessária a anuência da fiscalização do contrato;

2.5 - Os serviços prestados e as peças fornecidas terão garantia mínima de 90 dias, acrescida, no caso das peças, de qualquer cobertura adicional concedida ao fabricante, constante na embalagem das mesmas, até o limite prazal adicional. Em todos os casos, o prazo terá início a partir do recebimento definitivo;

2.6 - A contratada deverá atender à solicitação de conserto no prazo máximo de 02 dias úteis após cientificada da ocorrência pelo fiscal do contrato;

2.7 - Os serviços serão executados nas dependências e no horário de expediente da administração pública, exceto quando houver necessidade técnica de remoção do equipamento para a oficina da contratada, caso em que esta deverá devolvê-lo em perfeitas condições de

uso, em até 05 dias úteis após a retirada do aparelho; tal prazo é insuscetível de prorrogação, salvo se houver motivo justificado e aceito pelo fiscal do contrato; o transporte dos equipamentos em qualquer modalidade de manutenção ficará a cargo da contratada;

2.8 - Caso haja prorrogação no prazo para a execução dos serviços, a contratada fornecerá aparelho similar àquele cuja manutenção tenha excedido aos prazos acima citados, até a conclusão dos serviços;

2.9 - A primeira manutenção preventiva ocorrerá 15 dias após a data da assinatura do contrato;

2.10 - O prazo para atendimento das notificações encaminhadas à contratada pela fiscalização do contrato será de 5 dias úteis, se outro não tiver sido estabelecido neste termo de referência;

2.11 - Durante a vigência do contrato, caso algum equipamento seja substituído por um novo, o mesmo estará incluso na prestação do serviço, sem acarretar custas a contratante.

2.12 - A contratada deverá entregar relatório de manutenção preventiva mensalmente, relatando: a) Condições gerais dos equipamentos; b) Procedimentos preventivos executados; c) Na eminência de falhas por parte dos funcionários no manuseio dos equipamentos, estes deverão ser relatados.

2.13 - Visita técnica: A visita técnica deverá ser agendada, pelo telefone (51) 3689-1987, junto a coordenadora dos serviços odontológicos, localizada à Rua Alexandrita, nº 999, Rainha do Mar em Xangri-Lá/RS, com o Fiscal do contrato, de segunda a sexta-feira, no horário das 13h00min às 19h00min.

### **3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

3.1 - Prestar informações e instruções concernentes aos equipamentos no tocante à sua manutenção e funcionamento;

3.2 - Cumprir o prazo previsto para a realização dos serviços;

3.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, sem prévia anuência da Contratante;

3.5 - Ressarcir à Contratante, em caso de dano causado aos equipamentos, o valor integral correspondente ao dano causado;

3.6 - Emitir relatório técnico após as visitas realizadas;

3.7 - Assegurar a assiduidade e pontualidade dos técnicos, assumindo a responsabilidade de substituir aqueles que, a juízo da Contratante, demonstrem atuação incompatível com o interesse do serviço;

3.8 - Apresentar, em caso de necessidade de substituição de peças, especificação técnica das

mesmas, acompanhada de justificativa atestada por fiscal do contrato;

3.9 - Substituir, por outro igual ou similar, o equipamento danificado em consequência da execução dos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, arcando com os devidos custos. Caso o equipamento danificado possa ser consertado, a contratada deverá, a critério da Contratante, disponibilizar equipamento igual ou similar até que o conserto seja finalizado;

3.10 - Refazer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, os serviços em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de peças utilizadas.

3.11 - Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo impostos, encargos fiscais, sociais, comerciais e trabalhista;

3.12 - Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

#### **4. RELAÇÃO DO EQUIPAMENTOS POR UNIDADE**

##### **UNIDADE FIGUEIRINHA**

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>
CADEIRA ODONTOLÓGICA SINCRONIZADA	PALLAS	ATHENAS LIFE
MOCHO	PALLAS	BI-ARTICULADO
CART COM SERINGA TRÍPLICE E 2 TERMINAIS	PALLAS	CART MÓVEL
REFLETOR	PALLAS	SL
UNIDADE AUXILIAR	PALLAS	2 SUCTORES
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	MICRODENT	J08866
COMPRESSOR DE AR COM FILTRO SIMPLES DE AR	DELTRAMED	D1 110V
ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	ORTUS	BIOSCALER
FOTOPOLIMERIZADOR	SANDERS	ULTRALIGHT (470NM)
NEGATOSCÓPIO	BIOTRON	PAREDE/PANORÂMICO SLIM
APARELHO DE RX	X DENT	X70
AUTOCLAVE	STERMAX	ANALÓGICA 21L
CUBA ULTRASSÔNICA	SCHUSTER	L-100 110V
SELADORA	BIOTRON	SELAFORTE-CONTROLE DE TEMPERATURA

##### **UNIDADE RAINHA DO MAR**

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>
--------------------	--------------	---------------

CADEIRA ODONTOLÓGICA SINCRONIZADA	PALLAS	ATHENAS LIFE
MOCHO	PALLAS	BI-ARTICULADO
CART COM SERINGA TRÍPLICE E 2 TERMINAIS	PALLAS	CART MÓVEL
REFLETOR	PALLAS	SL
UNIDADE AUXILIAR	PALLAS	2 SUCTORES
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	MICRODENT	J08866
COMPRESSOR DE AR COM FILTRO SIMPLES DE AR	DELTRAMED	D1 110V
ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	KONDENTECH	SCALER JET
FOTOPOLIMERIZADOR	ORTUS	(470NM)
NEGATOSCÓPIO	BIOTRON	PAREDE METÁLICO/PANORÂMICO
APARELHO DE RX	X DENT	X70
AUTOCLAVE	STERMAX	ANALÓGICA 21L
CUBA ULTRASSÔNICA	SCHUSTER	L-100 110V
SELADORA	STERMAX	MESA PLUS

#### UNIDADE CENTRO

EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO
CADEIRA ODONTOLÓGICA SINCRONIZADA	PALLAS	ATHENAS LIFE
MOCHO	PALLAS	BI-ARTICULADO
CART COM SERINGA TRÍPLICE E 2 TERMINAIS	PALLAS	CART MÓVEL
REFLETOR	PALLAS	SL
UNIDADE AUXILIAR	PALLAS	2 SUCTORES
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	MICRODENT	J08866
COMPRESSOR DE AR COM FILTRO SIMPLES DE AR	DELTRAMED	D1 110V
ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	KONDENTECH	SCALER JET
FOTOPOLIMERIZADOR	KONDENTECH	LED 5
APARELHO DE RX	X DENT	X70
AUTOCLAVE	CRISTÓFOLI	ANALÓGICA 21L
CUBA ULTRASSÔNICA	SCHUSTER	L-100 110V
SELADORA	BIOTRON	SELAFORTE-CONTROLE DE TEMPERATURA

#### UNIDADE GUARÁ

EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO
CADEIRA ODONTOLÓGICA SINCRONIZADA	KAVO	ATHENAS LIFE
MOCHO	PALLAS	BI-ARTICULADO
CART COM SERINGA TRÍPLICE E 2 TERMINAIS	KAVO	CART MÓVEL
REFLETOR	KAVO	SL
UNIDADE AUXILIAR	KAVO	2 SUCTORES

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	MICRODENT	J08866
COMPRESSOR DE AR COM FILTRO SIMPLES DE AR	DELTRAMED	D1 110V
ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO	ORTUS	BIOSCALER
FOTOPOLIMERIZADOR	KONDENTECH	LED5
NEGATOSCÓPIO	BIOTRON	PAREDE/PANORÂMICO SLIM
APARELHO DE RX	X DENT	X70
AUTOCLAVE	STERMAX	ANALÓGICA 21L
CUBA ULTRASSÔNICA	SCHUSTER	L-100 110V
SELADORA	BIOTRON	SELAFORTE-CONTROLE DE TEMPERATURA

## 5. FISCAL DO CONTRATO

Coordenadora do serviço Odontológico – Rafaela Baumgarten Carneiro

Xangri-Lá/RS, 12 de abril de 2018

**Luis Antônio Ferreira**  
Secretário de Saúde