



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 2

Licitação: 000259/22 PREGÃO ELETRÔNICO

Item Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	005.008.025 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM AS SEGUENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EM UM SÓ APARELHO: # DEVE POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG, IDENTIFICANDO A NECESSIDADE DO CHOQUE; # DEVE SER ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA; # DEVE REALIZAR ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA CONFIGURÁVEL COM DOSE DE CHOQUE INICIAL DE 150 JOULES PARA ADULTOS E PARA CRIANÇAS NO MÍNIMO 50 JOULES; # DEVE TRABALHAR COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA; # DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE CARGA PARA DISPARO MENOR QUE 10 SEGUNDOS PARA ENERGIA MÁXIMA DO APARELHO E DESCARGA INTERNA DE SEGURANÇA NO CASO DA NÃO APLICAÇÃO DO CHOQUE APÓS 30 SEGUNDOS (OU MAIS) CARREGADO; # DEVE POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE CHOQUE LUMINOSO, DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO INCORPORADO NO PRÓPRIO GABINETE PARA EXIBIÇÃO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, TRAÇADO DE ECG, NÚMERO DE CHOQUES E TEMPO DE FUNCIONAMENTO; # DEVE TER MENSAGENS E COMANDOS POR TEXTO E VOZ EM PORTUGUÊS, FEEDBACK DA RCP EM TEMPO REAL QUANTO A PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES NA TELA DO DESFIBRILADOR; # DEVE VERIFICAR PERIODICAMENTE O FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DOS TESTE DE CARGA DA BATERIA, DOS CIRCUITOS INTERNOS, DO SOFTWARE E DA PRESENÇA DO ELETRODO; # DEVE PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA INTERNA OU CARTÃO DE DADOS DO ECG CONTINUO, FREQUÊNCIA E PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES, SOM AMBIENTE, EVENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS; # DEVE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA PC ATRAVÉS DE CONEXÃO BLUETOOTH OU PORTA INFRAVERMELHA; # DEVE POSSUIR BATERIA DESCARTÁVEL OU CONJUNTO DE PILHAS DESCARTÁVEIS DE LONGA DURAÇÃO COM AUTONOMIA DE 05 ANOS NO MODO DE ESPERA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 CHOQUES EM ENERGIA MÁXIMA SEM NECESSIDADE TROCA; # DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS DO ALGORITMO DE DETECÇÃO DE RITMOS CHOCÁVEIS E NÃO CHOCÁVEIS QUE ATENDA ÀS RECOMENDAÇÕES DE DESEMPENHO DA A. H. A E POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS FUTUROS; # DEVERÁ SER APRESENTADAS CERTIFICAÇÕES DE CONFORMIDADE DEFINITIVO COM LOGOMARCA INMETRO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1 NBR 60601-2-4 E IP 55 PARA RESISTÊNCIA À ENTRADA DE PARTÍCULAS E ÁGUA, E REGISTRO DEFINITIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ANVISA; # DEVERÁ SER FORNECIDA GARANTIA DE 5 ANOS PARA OS EQUIPAMENTOS E DE 90 DIAS PARA OS ACESSÓRIOS; DEVE ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: # DEVERÁ SER FORNECIDO TREINAMENTO PRESENCIAL EM NO MÍNIMO 2 TURNOS EM DIAS ALTERNADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ONDE SERÃO DISPONIBILIZADOS OS EQUIPAMENTOS; # 01 ELETRODO PRÉ-CONECTADO PARA PACIENTE ADULTO COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE E CALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; # 01 ELETRODO PRÉ- CONECTADO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE E VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; # 01 SENSOR DE RCP ACOPLADO AO ELETRODO ADULTO, OU EM SEPARADO COM CABO DE INTERCONEXÃO AO EQUIPAMENTO; #01 BATERIA DESCARTÁVEL OU CONJUNTO DE PILHAS DESCARTÁVEIS DE LONGA DURAÇÃO COM AUTONOMIA SOLICITADA; # 01KIT DE RESGATE COMPOSTO POR MÁSCARA PARA RCP, TESOURA, LUVAS DESCARTÁVEIS, BARBEADOR, TOALHA E LENÇOS UMEDECIDOS; # 01 SOFTWARE DE REVISÃO DO ATENDIMENTO EM PC QUE PERMITA VISUALIZAR TRAÇADO DE ECG, CHOQUES REALIZADOS, FREQUÊNCIA E PROFUNDIDADE DAS COMPRESSÕES DURANTE A RCP, TEMPO DE ATENDIMENTO E EVENTOS CRÍTICOS; # 01 BOLSA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS;	UN	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO II - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 2 de 2

Licitação: **000259/22 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
-				