



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 1

Licitação: 000083/20 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.034.005	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (PORTE - 21 LITROS) Potência: 1600W; Frequência: 50/60Hz; Voltagem: Bivolt; Câmara: aço inox; Capacidade: 21L; Desaeração e despressurização automática.	UN	2
2	006.034.006	BISTURI ELÉTRICO Deve possibilitar as seguintes operações: Corte, Blend e coagulação. Corte: 100W – Carga: 500 Ohms; Blend: 60W – Carga: 500 Ohms; Coagulação: 40W – Carga: 500 Ohms. Frequência de operação: 450 kHz; Alimentação: 110/220 Vac – 50/60Hz. O equipamento deve estar acompanhado de placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm), Cabo de ligação da placa neutra, Caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia e eletrodos (tipo faca, bola, alça, agulha) para permitir sua correta utilização.	UN	1
3	006.034.007	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Volume de reservatório (litros): 100; Pressão máxima (libras/pol2)/bar: 120; Rotação por minuto (RPM): 1700; Tensão (V): 220; Motor Elétrico (CV): 2; Nível de ruído (dB): 74; Número de Cilindros: 1; Número de Estágios: 1; Número de Pólos: 4; Deslocamento real (pcm)/ (litros/min): 12/340; Regulador de Pressão; Acionamento do motor: Direto Isento de óleo.	UN	1
4	006.034.008	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Aparelho sem fio; Fotopolimerizador LED; Base de descanso com carregador de bateria; Medidor de luz com Leds indicadores de intensidade de luz; Possuir timer com bip sonoro no final da operação (5, 10, 15 e 20s); Possui modo de operação: cura de resinas; Possui voltagem Bi-volt; Possui três modos de aplicação: contínuo, pulsante e progressivo.	UN	2
5	006.034.009	LASER PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (APARELHO DE LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINUN Baixa intensidade ótica com dois comprimentos de onda: Laser Vermelho (660nm) e Laser Infravermelho (808nm). Alimentação a bateria de Li-Ion 7,6V/700mA, com autonomia de 4 horas e modo de operação contínuo. Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz Vs: 9V/1,2 A Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP). Área do feixe laser de saída no Bico da caneta laser: 3mm2 Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho). Além disso, deve ser acompanhado dos seguintes acessórios (a ausência destes, inviabiliza o uso): Óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (Profissional); Óculos de segurança bloqueador (Paciente)	UN	1
6	006.034.010	LONGARINA Longarina de 3 lugares. Altura do Produto (cm) 82; Altura mínima e máxima do assento até o chão 0 – 0; Comprimento do Produto (cm) 56; Cor: Preto; Tamanho 82x150x56 Garantia 6 Meses. Material: Nylon e Ferro. Modelo: Executiva. Peso do Produto (Kg) 15; Peso suportado (Kg) 120; Sem Revestimento; Tipo de pé: Fixo; Tipo do Encosto: Secretária.	UN	1
7	006.034.011	MOCHO (GIRATÓRIO) Com regulagem de inclinação do encosto, regulagem de altura do acento, rodízios, base giratória, regulagem de altura do encosto.	UN	1
8	006.034.012	NO BREAK (PARA COMPUTADOR) Modelo bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Equipamentos que podem ser ligados: CPU, Monitor, Impressora Multifuncional ou Jato de Tinta, Scanner, Periféricos.	UN	1
9	006.034.013	SELADORA Selagem com 30 cm por 12mm; Acionamento através de chave liga/desliga; Aquecimento uniforme em toda a área de selagem; Voltagem: Bivolt Automático; Frequência: 50 Hz/60Hz; Potência: 40 W; Área de selagem: 30 cm x 15mm.	UN	1
10	006.034.014	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Pressão de entrada de ar: 40 a 80 lbs; Pressão da PET: 12 a 14 lbs; Consumo de água (ponta jato): Até 45ml/min; Consumo de água (ultrassom): Até 15ml/min; Frequência de rede: 50/60 Hz; Capacidade do reservatório: 40 g; Capacidade da PET: 450ml; Voltagem: Bivolt.	UN	2