



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Página 1 de 1

Licitação: 000207/20 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	006.030.106	AUTOCLAVE CAPACIDADE: 30 LITROS PESO: ENTRE 35 E 40KG CÂMARA: EM AÇO INOX DIMENSÃO Autoclave Capacidade: 30 litros Peso: entre 35 e 40kg Câmara: em aço inox Dimensões da câmara: aproximadamente 30 X 42,4 cm (diâmetro x comprimento) Dimensões da autoclave: aproximadamente 38 X 44 x 59,5 cm (altura x largura x comprimento) Potência: mínima 1200 w Pressão de trabalho: kgF/cm² Temperatura: padrão OMS (em torno de 121°C) Ciclo de secagem de série Bandejas: 2 unidades de alumínio ou aço inox Voltagem: Bivolt ou 220v	UN	2
2	006.030.108	INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente; Voltagem automática (bivolt); 1 ano de garantia; Capacidade para 4 indicadores	UN	6
3	006.030.109	INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 48 HORAS Indicador Biológico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 48 horas, composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado. A tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não-processadas.	UN	567
4	006.030.107	SUORTE SEPARADOR DE ENVELOPES PARA AUTOCLAVE Suporte Separador de Envelopes Para Autoclave Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor Material: aço inox Capacidade: mínimo 13 lugares Dimensões: 17,5 x 6,5 x 19 cm (L x A x P)	UN	20